FKG XP-ENDO® RISE RETREATMENT

Für die Revisionsbehandlung

AMERICAN Dental Systems
INNOVATIVE DENTALPRODUKTE

- Sehr hohe Drehzahl: 2.500 U/min → Zeitersparnis
- Kombination aus schlangenförmigem Instrumentendesign und Erwärmung bewirkt „Korkenziehereffekt“: Weiche Guttapercha wird aus dem Kanal gezogen
- Hochflexible XP-endo® Instrumente passen sich der Kanalform an
- Schonende und gründliche Revision
- Finisher R (ISO 30/.00) entfernt letzte Guttapercha-Reste auch in unter sich gehenden Bereichen

7940220

FKG XP-ENDO® RISE RETREATMENT

Für die Revisionsbehandlung



Zur Homepage

Anwendung

→ **1) DR 1: Koronales Öffnen** des Wurzelkanals (oberen 3 mm) bei 800-1.000 U/min und 1,5 Ncm Torque

→ **2) Annähernde** AL-Bestimmung mit Messfunktion des Röntgengerätes/DVT/Software und Entfernen der Guttapercha **bis 2 mm vor Ende der Guttapercha** (Länge der Wurzelfüllung minus 2 mm)

→ **3) XP-endo® Rise Shaper bei ca. 2.500 U/min** auf der Guttapercha zum Laufen bringen, diese erwärmt sich und wird dank des Instrumentendesigns aus dem WK gezogen

→ **4)** Durchgängigkeit und **AL-Bestimmung** mit Handinstrument ISO 15/.02 herstellen, eventuell RaCe 10.04 Feile einsetzen

→ **5)** Reinigung und Desinfektion mit dem **Finisher R 30/.00: 60 Sek. pro WK arbeiten lassen, ggf. auch längere Zeit im Wurzelkanal arbeiten lassen (AL-1 mm)**

Koronales Öffnen des Wurzelkanals

DR1: 30/.10

Drehmoment: 1,5 Ncm
Drehzahl: 800-1.000 U/min

Entfernen der Guttapercha (GP)

XP-endo® Rise Shaper (30/.04)

Drehmoment: 1 Ncm
Drehzahl: ca. 2.500 U/min

Durchgängigkeit

K-Feile 15/.02
RaCe 10/.04
AL-Definieren: Vortasten durch die letzten 2 mm GP

Reinigung

Finisher R (30/.00)

Drehmoment: 1 Ncm
Drehzahl: 800-1.000 U/min

7940220